

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN PHỔI

Số: /TM-BVP
Về việc mời chào giá trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá máy siêu âm tổng quát để làm cơ sở xây dựng giá kế hoạch cho dự toán mua sắm trang thiết bị y tế năm 2026 cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá:
 - Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
 - Số điện thoại liên hệ: 0979.361.286 (Ds Ngọc).
 - Email: khoaduocbvdpdn02@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
 - Địa chỉ email: khoaduocbvdpdn02@gmail.com nhận file mềm và bản scan. (Tiêu đề: chào giá theo thư mời số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2026)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng thư mời đến trước 16 giờ 00 phút ngày 28/08/2026.

*** Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 28/08/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục trang thiết bị y tế: Chi tiết theo Bảng mô tả tại Phụ lục 1.
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:
 - Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.
 - Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Hồ sơ báo giá bao gồm:
 - Báo giá theo mẫu tại Phụ lục 2 đính kèm.
 - Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu Giấy phép kinh doanh của đơn vị, phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (Bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 Mục I của thư mời). Bản phô tô công chứng Giấy phép kinh doanh của đơn vị, phiếu tiếp nhận công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (để đăng website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tú

Phụ lục 01
BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Yêu cầu cơ bản về thông số kỹ thuật, cung cấp lắp đặt, bảo hành và các thông tin khác (hoặc tương đương)	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát	I. Yêu cầu chung: - Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau. - Chất lượng mới 100%. - Thiết bị được sản xuất tại nhà máy đáp ứng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 - Hệ thống máy chính đủ điều kiện lưu hành tại Mỹ (chứng chỉ FDA/Mỹ như 510(k), PMA, CFS hoặc chứng chỉ khác tương đương) hoặc Nhật Bản (chứng chỉ JIS, CFS hoặc chứng chỉ khác tương đương) - Hệ thống máy chính xuất xứ G7 hoặc châu Âu hoặc ASEAN - Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình Hệ thống máy chính gồm: - Thân máy chính: 01 máy - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Sector tìm người lớn: 01 cái - Gói phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật: 01 bộ - Bộ móc treo giữ dây đầu dò: 01 bộ - Dây nguồn, dây nối và phụ kiện tiêu chuẩn khác: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh: 01 bộ Phụ kiện khác gồm: - Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái - Máy in phun màu: 01 cái - Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả: 01 bộ - Bộ lưu điện UPS online $\geq$ 2kVA: 01 bộ III. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Máy chính	01	Máy

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Yêu cầu cơ bản về thông số kỹ thuật, cung cấp lắp đặt, bảo hành và các thông tin khác (hoặc tương đương)	Số lượng	Đơn vị tính
		- Thiết kế đồng bộ trên xe đẩy, có bánh xe - Có ≥ 4 cổng kết nối đầu dò hoạt động - Dải động hệ thống: ≥ 300 dB - Độ sâu thăm khám tối đa: ≥ 35 cm - Độ sâu thăm khám tối thiểu: ≤ 1 cm - Số kênh xử lí: $\geq 4.500.000$ kênh - Dung lượng ổ cứng: ≥ 500 GB - Thang xám: ≥ 256 mức - Tốc độ thu hình đen trắng: ≥ 850 hình/giây - Có cổng kết nối USB, kết nối DICOM - Màn hình hiển thị LCD hoặc LED hoặc OLED, kích thước $\geq 21,5$ inches - Màn hình điều khiển cảm ứng ≥ 10 inches - Thăm khám cơ bản cho siêu âm tổng quát: ổ bụng, sản phụ khoa, mạch máu, tim mạch, bộ phận nhỏ (mô mềm), cơ sụn khớp • Các chế độ hình ảnh cơ bản - Có các chế độ sau: + B mode (2D) + M mode và M mode giải phẫu hoặc tương đương (chức năng tạo ảnh M mode theo đường được tùy chọn ở trên ảnh B mode) + Doppler màu + Doppler công suất/ Doppler năng lượng + Doppler phổ gồm Doppler phổ xung và Doppler phổ liên tục - Tần số lặp xung (prf): + Doppler màu từ $\leq 0,1$ đến ≥ 19 kHz + Doppler phổ xung từ $\leq 0,2$ đến ≥ 39 kHz - Tần số lặp xung/ tần số phân tích phổ Doppler phổ liên tục từ $\leq 1,1$ đến ≥ 39 kHz • Chức năng chụp, phân tích, chẩn đoán nâng cao Chức năng chụp, hiển thị hình ảnh nâng cao - Có chức năng xử lý hình ảnh giúp giảm nhiễu đốm và làm nét vùng giáp ranh hoặc viền của cấu trúc - Kỹ thuật siêu âm ghép hình hoặc siêu âm lái tia		

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Yêu cầu cơ bản về thông số kỹ thuật, cung cấp lắp đặt, bảo hành và các thông tin khác (hoặc tương đương)	Số lượng	Đơn vị tính
		- Kỹ thuật siêu âm hòa âm mô (harmonic imaging) - Có chức năng ảnh toàn cảnh (panoramic imaging) hoặc mở rộng trường nhìn - Có chức năng mở rộng trường ảnh cho đầu dò linear Chức năng phân tích sản phụ khoa - Có chức năng tự động đo các chỉ số sinh trắc học thai nhi - Có phép đo kích thước nang trứng - Có phép đo tim thai - Có phép đo độ mờ da gáy Chức năng phân tích mạch máu - Phép đo mạch cơ bản của động mạch cảnh, động mạch, tĩnh mạch - Phân tích độ dày lớp nội mạc tự động (Auto-IMT) Chức năng phân tích tim mạch - Các chức năng đo đặc phân tích buồng tim - Chế độ Doppler mô Chức năng khác - Có chức năng siêu âm cắt lớp hoặc tương đương (dựng đồng thời nhiều lát cắt từ dữ liệu thể tích) - Có chức năng hỗ trợ lấy sinh thiết • Đầu dò Đầu dò Linear - Dải tần số thăm khám: $\leq 5 - \geq 11$ MHz - Số chấn tử: ≥ 192 - Trường nhìn tối đa: ≥ 38 mm Đầu dò Convex - Dải tần số thăm khám: $\leq 1,5 - \geq 5$ MHz - Số chấn tử: ≥ 128 - Trường nhìn tối đa: ≥ 70 độ Đầu dò Sector - Dải tần số thăm khám: $\leq 1,5 - \geq 5$ MHz - Số chấn tử: ≥ 64 - Trường nhìn tối đa: ≥ 90 độ		

Stt	Tên trang thiết bị y tế	Yêu cầu cơ bản về thông số kỹ thuật, cung cấp lắp đặt, bảo hành và các thông tin khác (hoặc tương đương)	Số lượng	Đơn vị tính
		2. Thiết bị kèm theo Máy in nhiệt đen trắng - Độ phân giải ≥ 300 dpi - Độ rộng giấy in ≥ 110 mm Máy in phun màu - Máy in có kết nối wifi, tốc độ in màu ≥ 5 trang/phút Bộ máy tính và phần mềm trả kết quả - Hệ điều hành Windows có bản quyền, CPU Core i5 trở lên - RAM ≥ 16 GB - Bộ nhớ ≥ 500 GB - Màn hình: ≥ 21 inch - Chuột, bàn phím đi kèm - Có tối thiểu 2 cổng USB IV. Yêu cầu khác - Thời gian giao hàng trong vòng: 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng có hiệu lực - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng, bảo trì trong thời gian bảo hành: 3 tháng/1 lần. - Địa điểm giao hàng và lắp đặt sử dụng: tại đơn vị sử dụng. - Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng - Phần mềm, ứng dụng trong hệ thống phải Có bản quyền trọn vòng đời sản phẩm hoặc nhà thầu phải cam kết gia hạn sử dụng Phần mềm, cập nhật Phần mềm đáp ứng yêu cầu sử dụng trong toàn bộ vòng đời sản phẩm - Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 10 năm kể từ ngày bàn giao. - Cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết bị khi giao hàng. - Có báo giá hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị khi hết thời gian bảo hành. - Cam kết hỗ trợ kết nối với hệ thống thông tin y tế của bệnh viện miễn phí		

Phụ lục 02

MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Trên cơ sở Thư mời chào giá của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty*[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp]* báo giá cho thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị và dịch vụ y tế liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Mã HS ⁽⁴⁾	Năm sản xuất ⁽⁵⁾	Xuất xứ ⁽⁶⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁷⁾	Đơn giá ⁽⁸⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽⁹⁾ (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹¹⁾ (VND)
1										
2										
n										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày]*

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

,ngày tháng năm 20...

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.