

Số: /TM-BVP

Đà Nẵng, ngày tháng 03 năm 2026

THƯ MỜI

Về việc mời chào giá Dịch vụ bảo trì hệ thống khí y tế

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá cho dịch vụ bảo trì hệ thống khí y tế tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.
Số điện thoại liên hệ: 0979.361.286 (Ds Ngọc).
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.
File mềm/ bản scan gửi về địa chỉ email: khoaduocbvpdn02@gmail.com
(Ghi rõ báo giá theo thư mời số /TM-BVP ngày /03/2026)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng thư mời đến trước 17 giờ 00 ngày 16 tháng 03 năm 2026.

* Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ yêu cầu: Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm.
- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.
- Mẫu báo giá tại Phụ lục 2 đính kèm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (đăng website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tú

Phu luc 1:

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 03 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

Stt	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu thực hiện	Số lượng	Đơn vị	Địa điểm thực hiện
	BẢO TRÌ HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ CHO 01 NĂM HOẠT ĐỘNG				Bệnh viện Phổi Đà Nẵng Địa chỉ: 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng
1	Trung tâm oxy chai Xuất xứ: Air Liquide Medical Systems (ALMS)- Pháp		1	Hệ thống	
1.1	Trung tâm 2x10 chai	- Kiểm tra bộ cao áp - Kiểm tra bộ chuyển đổi tự động - Kiểm tra các gioăng đệm - Kiểm tra bộ điều áp thứ cấp - Kiểm tra áp suất cung cấp của hệ thống, điều chỉnh nếu cần thiết - Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra hệ thống cung cấp trong trường hợp có sự cố khẩn cấp và van an toàn - Kiểm tra, vệ sinh lõi điều áp của bộ cao áp, van lọc và xả an toàn - Kiểm tra và cân chỉnh lại áp suất - Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp - Kiểm tra rò rỉ và xử lý			
2	Trung tâm hút Xuất xứ: Mil's-Pháp		1	Trung tâm	
2.1	Máy hút Hospivac 2 Mil E40 Bộ điều khiển Millinium	- Kiểm tra hoạt động của các van cô lập, van một chiều, van điện - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra mức nhớt, lọc nhớt, tách nhớt	2	Máy	

Stt	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu thực hiện	Số lượng	Đơn vị	Địa điểm thực hiện
2.2	Bộ lọc vi khuẩn	- Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra khớp nối - Kiểm tra dòng điện tải máy hút - Kiểm tra seal đệm trục roto - Kiểm tra lọc vi sinh, thay thế lõi lọc khi cần			
3	Trung tâm khí nén <i>Xuất xứ: Mil's-Pháp</i>		1	Trung tâm	
3.1	Máy nén khí Airmil 2 Mil 43K1 Bộ điều khiển Procom 2	- Vệ sinh thiết bị, kiểm tra và xử lý rò rỉ - Kiểm tra hoạt động của các van - Kiểm tra độ căng dây curoa - Kiểm tra sự chắc chắn của tất cả các kết nối điện - Kiểm tra ngưỡng áp suất cài đặt - Kiểm tra van giảm áp, van an toàn - Kiểm tra dòng điện tải, nhiệt độ của máy nén khí - Vệ sinh bộ tản nhiệt - Kiểm tra vệ sinh lọc khí			
3.2	Hệ thống xử lý không khí SEC 7HC-AD 5065	- Kiểm tra hoạt động cường bức của bộ sấy - Kiểm tra hệ thống xả nước			
3.3	Điều áp air <i>Xuất xứ: ALMS-Pháp</i>	- Kiểm tra cân chỉnh lại áp suất. - Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp			

Stt	Danh mục dịch vụ	Yêu cầu thực hiện	Số lượng	Đơn vị	Địa điểm thực hiện
		- Kiểm tra rò rỉ và xử lý			
4	Hệ thống báo động VIGI 3033 và van chặn, hộp van <i>Xuất xứ: ALMS-Pháp</i>	- Kiểm tra hoạt động của thiết bị có tốt không, tất cả đèn phải hiển thị và âm thanh báo động phải làm việc - Kiểm tra áp suất hiển thị mỗi kênh báo với đồng hồ kết nối với thiết bị - Kiểm tra ngưỡng cài đặt báo động cho từng kênh cảnh báo - Ngắt kết nối đầu dò kiểm tra trên màn hình có hiển thị - Tạo ngăn mạch điểm nối đầu dò - Thay đổi áp suất và kiểm tra các kênh báo	1	Hệ thống	
5	Hệ thống mạng ống dẫn khí, điều áp khu vực và thiết bị ngoại vi <i>Xuất xứ: Mueller-Anh, Technologie Medicale & ALMS-Pháp</i>		1	Hệ thống	
a	Ngõ ra oxy	- Kiểm tra van an toàn và đầu nối nhanh xử lý sự cố khẩn cấp	114	Khẩu	
b	Ngõ ra hút chân không	- Kiểm tra áp suất và lưu lượng	39	Khẩu	
c	Ngõ ra khí nén	- Kiểm tra rò rỉ và xử lý - Kiểm tra ngõ ra rò rỉ, thay thế ruột khẩu khi cần - Kiểm tra hoạt động thiết bị ngoại vi - Kiểm tra cân chỉnh lại áp suất	39	Khẩu	

Phụ lục 2: MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 03 năm 2026 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Trên cơ sở Thư mời chào giá của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty*[Ghi tên, địa chỉ nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp]* báo giá cung cấp dịch vụ.....như sau:

1. Báo giá cho hàng hóa và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1							
2							
n							

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm [Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các dịch vụ nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

,ngày tháng năm 2026

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽²⁾

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.