

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Phổi Đà Nẵng hiện có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm Hệ thống CT Scanner cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của bộ phận tiếp nhận báo giá:

- Khoa Dược - Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

- Số điện thoại liên hệ: 0979.361.286 (Ds Ngọc).

- Email: khoaduocbvpdn02@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

File mềm/bản scan gửi về địa chỉ email: khoaduocbvpdn02@gmail.com

(Ghi rõ Báo giá theo Thư mời số...../TM-BVP ngày /08/2025)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: từ ngày đăng thư mời đến trước 11 giờ 00 phút ngày 08/9/2025.

* Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 08/9/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục cấu hình chi tiết và hướng dẫn báo giá thiết bị: Theo Phụ lục 1 đính kèm Thư mời chào giá.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, 215 Nguyễn Đình Tứ, phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng.

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

3. Hồ sơ bao gồm:

- Hồ sơ báo giá theo hướng dẫn tại phụ lục 1 và biểu mẫu tại phụ lục 2 đính kèm Thư mời chào giá.

- Bên báo giá đồng ý cho bên yêu cầu báo giá được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các báo giá mà không phải thông báo về lý do với đơn vị tham gia báo giá.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo quy định hiện hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng KHTH (để đăng website);
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN TÚ

Phụ lục 1. HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ THIẾT BỊ

(Đính kèm Thư mời chào giá ngày /08/2025 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

A. HƯỚNG DẪN LẬP BẢN ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ

Các công ty phân phối, cung cấp thiết bị y tế hoặc hãng thiết bị y tế cần kiểm tra, đối chiếu các nội dung yêu cầu về kỹ thuật chi tiết của thiết bị (chi tiết tại Mục B) với tính năng kỹ thuật của thiết bị phù hợp được đơn vị chào giá và điền vào **Bảng đáp ứng thông số**.

Trong trường hợp thiết bị chào giá đáp ứng yêu cầu đưa ra, điền “*đáp ứng*” vào cột **Model**. Trong trường hợp thiết bị chào giá không đáp ứng yêu cầu đưa ra hoặc các nội dung được đưa ra chưa phù hợp, điền “*không đáp ứng*” hoặc “*chưa phù hợp*” vào cột **Model** và điền đề xuất thay đổi ở cột **Đề xuất**. Lưu ý không đề xuất những nội dung làm hạn chế các yêu cầu kỹ thuật ở cột **Nội dung yêu cầu**.

Trong trường hợp các đơn vị muốn đề xuất thêm các nội dung để đưa vào yêu cầu kỹ thuật, điền vào mục **Đề xuất tính năng cần thiết hoặc tính năng ưu việt**. Các nội dung đề xuất này sẽ được xem xét đưa vào nếu vẫn đảm bảo được tính cạnh tranh bình đẳng khi thực hiện đấu thầu thiết bị.

Các đơn vị phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (datasheet) bằng tiếng Anh của thiết bị được chào giá. Tất cả các trang của bảng đáp ứng thông số phải được đóng dấu giáp lai của đơn vị.

Các đơn vị chào riêng giá của 3 mục: Hệ thống CT Scanner 16-32 lát cắt, UPS online ≥ 60 kVA và Máy bơm thuốc cản quang

Ví dụ về bảng đáp ứng thông số và Đề xuất tính năng cần thiết hoặc ưu việt của thiết bị Bơm tiêm điện:

<i>Nội dung yêu cầu</i>	<i>Model TESS 730/Terumo</i>	<i>Đề xuất</i>
<i>Yêu cầu chung:</i>		
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau.	<i>Đáp ứng</i>	<i>Đáp ứng</i>
- Chất lượng mới 100%.	<i>Đáp ứng</i>	<i>Đáp ứng</i>
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	<i>Đáp ứng</i>	<i>Đáp ứng</i>
- Máy chính xuất xứ Châu Âu	<i>Không đáp ứng</i>	<i>Terumo xuất xứ Nhật, sửa thành xuất xứ G7</i>
- Hệ thống đủ điều kiện lưu hành tại khối EU hoặc G7 (chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc CFS hoặc chứng chỉ khác phù hợp)	<i>Đáp ứng</i>	<i>Đáp ứng</i>
- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam	<i>Đáp ứng</i>	<i>Đáp ứng</i>
<i>Yêu cầu cấu hình</i>		
<i>Máy chính kèm phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm:</i>		
- Máy chính: 01 chiếc	<i>Đáp ứng</i>	
- Giá treo: 01 chiếc	<i>Đáp ứng</i>	

- Pin sạc: 01 chiếc	Đáp ứng	
- Phụ kiện tiêu chuẩn khác	Đáp ứng	
- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 bộ	Đáp ứng	
Chỉ tiêu kỹ thuật		
- Màn hình hiển thị các thông số	Đáp ứng	
- Thời gian hoạt động của pin ≥ 10 tiếng	Đáp ứng	
- Sử dụng được các loại bơm tiêm: 5mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL, 50 mL	Đáp ứng	
- Dải cài đặt tốc độ tiêm: $\leq 0,01$ đến ≥ 1.200 mL/h	Đáp ứng	
- Bước tốc độ đặt nhỏ nhất $\leq 0,01$ mL/h	Đáp ứng	
- Độ chính xác máy: $\pm \leq 2\%$ với tốc độ tiêm ≥ 1 mL/h	Đáp ứng	
- Thể tích dịch truyền: từ $\leq 0,1$ đến ≥ 9999 mL	Đáp ứng	
- Có chế độ truyền KVO	Đáp ứng	
- Có chế độ báo tắc, ngưỡng áp lực báo tắc: có ≥ 10 mức để chọn	Không đáp ứng	Sửa thành ≥ 9 mức
- Có các cảnh báo: truyền dịch xong, hết pin, chưa gắn chặt xi lanh	Đáp ứng	
Yêu cầu khác		
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng;	Đáp ứng	
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất;	Đáp ứng	
- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực	Đáp ứng	
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng	Đáp ứng	
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.	Đáp ứng	
- Có bản chào giá bảo trì và các phụ tùng thay thế theo giá Việt Nam đồng	Đáp ứng	
- Có giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương	Đáp ứng	

(Thiết bị trên nhằm mục đích hướng dẫn cách chào giá, không thuộc phạm vi của Thư mời báo giá này)

Đề xuất tính năng cần thiết hoặc tính năng ưu việt

- Bổ sung thêm chức năng có chế độ truyền giữ tĩnh mạch hờ (KVO)

B. BẢNG ĐÁP ỨNG THÔNG SỐ KÈM YÊU CẦU KỸ THUẬT CHI TIẾT

Nội dung yêu cầu	Model	Đề xuất
I. Hệ thống CT Scanner 16-32 lát cắt: 01 Hệ thống		
1. Yêu cầu chung:		
- Thiết bị sản xuất năm 2025 trở về sau.		
- Chất lượng mới 100%.		
- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương		
- Máy chính đạt một trong hai tiêu chí sau: (i) xuất xứ G7; (ii) đạt tiêu chuẩn FDA/Mỹ hoặc tương đương		
- Nguồn điện sử dụng hợp với điện lưới Việt Nam		
2. Yêu cầu cấu hình		
Hệ thống máy chính bao gồm:		
- Khoang máy: 01 bộ		
- Bóng phát tia X: 01 bộ		
- Đầu thu: 01 bộ		
- Bàn bệnh nhân: 01 chiếc		
- Tủ điện cao thế: 01 chiếc		
- Bộ điều khiển tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh: 01 bộ		
- Bộ phần mềm xử lý đáp ứng các chức năng theo yêu cầu kỹ thuật		
Thiết bị phụ trợ gồm:		
- Trạm xử lý hình ảnh độc lập: 01 bộ		
- Phantom và giá đỡ phantom cân chỉnh máy: 01 bộ		
- Bộ bàn ghế cho nhân viên vận hành máy: 02 bộ		
- Bộ đệm định vị bệnh nhân, đệm mặt bàn, đai bệnh nhân: 01 bộ		
- Đàm thoại nội bộ 2 chiều: 01 bộ		
- Bộ kết nối mạng nội bộ: 01 bộ		
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ		
- Áo chì, kính chì, yếm chì: 01 bộ		
- Tủ điện cấp nguồn 3 pha vào cho hệ thống máy: 01 bộ		
3. Chỉ tiêu kỹ thuật		
Hệ thống máy chụp cắt lớp		
Khoang máy:		
- Đường kính khoang máy: ≥ 65 cm		
- Có chức năng nghiêng khoang máy (kỹ thuật số hoặc cơ)		
- Đường kính trường tái tạo ảnh (scan fov): ≥ 43 cm		
- Khoảng cách từ tiêu điểm đến cảm biến $\geq 94,8$ cm		
- Có tích hợp hệ thống laser định vị		
- Tốc độ quay nhanh nhất: ≤ 01 giây/360°		

Nội dung yêu cầu	Model	Đề xuất
Bóng phát tia X		
- Dung lượng trữ nhiệt anode: $\geq 2,0$ MHU		
- Có ≥ 1 tiêu điểm		
- Kích thước tiêu điểm nhỏ nhất $\leq 0,7$ mm x $\leq 0,8$ mm		
- Tốc độ tản nhiệt tối đa: ≥ 500 KHU/phút		
Đầu thu		
- Số lát cắt: ≥ 32 lát cắt		
- Số dây vật lý: ≥ 16 dây		
- Độ rộng tối đa đầu thu: ≥ 20 mm		
- Tổng số chân tử ≥ 11.392		
- Kích thước lát cắt nhỏ nhất $\leq 0,625$ mm		
Bàn bệnh nhân		
- Tốc độ di chuyển bàn lớn nhất: ≥ 100 mm/s		
- Độ chính xác định vị mặt bàn: $\pm \leq 0,25$ mm		
- Tải trọng tối đa: ≥ 180 kg		
- Dải quét tối đa: ≥ 110 cm		
- Dải dịch chuyển bàn theo chiều dọc ≥ 44 cm		
- Dịch chuyển bàn theo chiều ngang: ≥ 1520 mm		
- Có cơ chế thả bàn trong tình huống khẩn cấp		
Tủ điện cao thế		
- Khoảng dòng qua bóng tối đa khi chụp: ≥ 200 mA		
- Công suất tối đa tủ phát tia: ≥ 24 kW		
- Khoảng kV: lựa chọn ≥ 4 mức trong khoảng $\leq 80 - \geq 140$ kV		
Bộ điều khiển tái tạo, xử lý và hiển thị hình ảnh		
- Màn hình màu LCD: $\geq 21,5$ ".		
- Độ phân giải màn hình: $\geq [1920 \times 1080]$		
- Pitch: $\leq 0,563 - \geq 1,5$		
- Ma trận tái tạo hình ảnh: $\geq [512 \times 512]$		
- Dải Hounsfield: ≤ -1.000 đến ≥ 3.000		
- Độ phân giải không gian (MTF 0%): $\geq 17,2$ lp/cm		
Chức năng về chụp và dựng ảnh		
- Chức năng chụp theo bộ phận cơ thể		
- Chức năng tái tạo và xem ảnh 3D		
- Chức năng tái tạo đa bình diện (MPR) tái tạo hình ảnh theo các mặt cắt khác nhau.		
- Chương trình chụp cho trẻ em, có chức năng tối ưu hóa liều chụp theo kích cỡ của trẻ		
- Chức năng nội soi ảo, cho phép quan sát trong lòng đường khí		

Nội dung yêu cầu	Model	Đề xuất
- Chức năng hỗ trợ chụp ngấm thuốc: Hệ thống tự động khởi phát chụp khi mức độ ngấm thuốc đạt tới ngưỡng		
Chức năng hỗ trợ chụp và quản lý thiết bị		
- Giảm và kiểm soát liều tia, bao gồm các tính năng: (i) Tái tạo lặp, giảm liều tia và tăng cường chất lượng ảnh; (ii) Điều biến liều tia theo cấu trúc cơ thể; (iii) Chức năng báo cáo liều tia; (iv) Cảnh báo dừng liều tia vượt ngưỡng		
- Có chức năng giảm nhiễu ảnh và nhiễu xảo ảnh (streak artifact)		
- Có kết nối chuẩn DICOM		
- Chức năng chẩn đoán hồng học từ xa		
Phần mềm/chức năng chẩn đoán lâm sàng		
- Chức năng phát hiện và phân tích nốt phổi, đo kích thước và thể tích nốt phổi		
- Chức năng phân tích nhu mô phổi, đường thở		
- Chức năng phân tích xương sống		
- Chức năng hỗ trợ sinh thiết dưới máy CT		
Trạm xử lý hình ảnh chuyên dụng		
- Bộ xử lý trung tâm (CPU): loại ≥ 4 lõi, tốc độ mỗi lõi ≥ 3.0 GHz		
- Dung lượng RAM: ≥ 64 GB		
- Dung lượng ổ cứng: ≥ 1000 GB		
- Phần mềm đọc phim CT, MRI chuyên dụng cho trạm		
- Màn hình LCD hoặc tương đương		
- Kích thước màn hình ≥ 19 inches		
II. UPS online ≥ 60 kVA: 01 chiếc		
III. Máy bơm thuốc cản quang: 01 chiếc		
- Loại máy tiêm thuốc cản quang dành cho Hệ thống CT Scanner		
- Có xe đẩy hoặc bánh xe để di chuyển		
IV. Yêu cầu khác		
- Thời gian bảo hành hệ thống máy chính ≥ 12 tháng kể từ khi nghiệm thu thiết bị đưa vào sử dụng (không hạn chế số lần phát tia hoặc thời gian phát tia)		
- Tất cả các phần mềm phải có bản quyền sử dụng và được sử dụng vĩnh viễn		
- Thời gian cung cấp: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực		
- Có cam kết thực hiện bảo trì định kỳ trong thời gian bảo hành theo quy định của nhà sản xuất;		

Nội dung yêu cầu	Model	Đề xuất
- Có cam kết chịu trách nhiệm lắp đặt, chạy thử, bàn giao và hướng dẫn vận hành cho người sử dụng, hướng dẫn việc bảo quản và sửa chữa cho nhân viên kỹ thuật tại nơi sử dụng		
- Có danh sách công việc bảo dưỡng theo khuyến cáo nhà sản xuất		
- Có cam kết thực hiện kết nối thiết bị với các hệ thống thông tin bệnh viện miễn phí		
- Có cam kết bảo trì sau bảo hành và cung cấp các phụ tùng thay thế trong thời gian ít nhất là 8 năm kể từ ngày bàn giao.		

Phụ lục 2. MẪU BÁO GIÁ

(Đính kèm Thư mời chào giá số /TM-BVP ngày tháng 08 năm 2025 của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng)

BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Trên cơ sở Thư mời chào giá của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, chúng tôi, Công ty*[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh; mã số thuế doanh nghiệp]* báo giá cho thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho thiết bị và dịch vụ y tế liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế ⁽²⁾	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất ⁽³⁾	Cấu hình, đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa ⁽⁴⁾	Mã HS ⁽⁵⁾	Năm sản xuất ⁽⁶⁾	Xuất xứ ⁽⁷⁾	Số lượng/ khối lượng ⁽⁸⁾	Đơn giá ⁽⁹⁾ (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan ⁽¹⁰⁾ (VND)	Thuế phí, lệ phí (nếu có) ⁽¹¹⁾ (VND)	Thành tiền ⁽¹²⁾ (VND)
1	Hệ thống CT Scanner 16-32 lát cắt										
2	UPS ≥ 60 kVA										
3	Máy bơm thuốc cản quang										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm *[Ghi cụ thể ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*

3. Chúng tôi cam kết :

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

,ngày tháng năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
- (2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.
- (3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.
- (4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.
- (5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.
- (7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.
- (8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.
- (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.
- (10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.
- (11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài. Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.